



CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

COMPLEJO CIENTÍFICO
FORENSE Y DE CRIMINALÍSTICA

San Juan, 20 de Marzo del 2025.

SR. DIRECTOR DEL COMPLEJO CIENTÍFICO
FORENSE Y DE CRIMINALÍSTICA
BIOING. LUIS FERNANDO GAMBETTA CLEVERS

S _____ / _____ D .

Quien suscribe, Odontólogo
Forense Martín Duilio Fariás Rodríguez Mp: 1060, perteneciente al Cuerpo
Médico Forense, tiene el agrado de dirigirse a usted, y por su intermedio ante
quien corresponda, a los fines de transmitir las “**Especificaciones Técnicas**”
que deberá contemplarse en el “**Pliego de Bases y Condiciones Generales**”
con el fin de obtener equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento
del consultorio Odontológico Pericial.

Renglones:

- I. Sillón Odontológico.
- II. Autoclave Odontológico.
- III. Compresor de aire para uso Odontológico.
- IV. Mesa auxiliar dental rodante.

Especificaciones Técnicas.

I- Sillón Odontológico.

- 1 (una) Jeringa triple.
- Un mínimo de 2 (dos) salidas neumáticas automáticas.
- Tipo colgante.
- Porta vaso con sensor de aproximación.
- Brazo de asistente con comando.
- Luz auxiliar que contenga un mínimo de 3 (tres) luces leds, sensor de proximidad para control de intensidad y para su activación.
- Comando digital en platina.
- Pedal de comandos para activación y programación del sillón.
- Negatoscopio integrado en platina para una fácil visualización de los exámenes radiográficos.
- Apoya cabeza biarticulado.
- Base con ribete antideslizante, que no necesite fijación al suelo.
- Banqueta rodante regulable en altura.
- Respaldo del sillón regulable.
- Asiento regulable en altura.
- Equipado para funcionar a 220V.
- Conexión a agua potable.
- Conexión a agua potable.
- Capacidad de peso hasta 200 kg
- Elevador y regulador vertical del sillón Odontológico.
- Instalación básica.

II- Autoclave Odontológico.

- Válvula reguladora de Vacío.
- Válvula de Seguridad.

- Sistema de Despresurización.
- 3 Bandejas.
- Tanque de Acero Inoxidable.
- Manómetro.
- Controles de Panel.
- Sistema inteligente de control de temperatura, presión.
- Equipado para funcionar a 220V.
- Ciclo de secado con puerta entre abierta o puerta cerrada.
- Selección automática.
- Calibración de Altitud.
- Capacidad de 21 litros.

III- Compresor de aire para uso Odontológico.

- Libre de aceite/ carter seco.
- Equipado para funcionar a 220V.
- 2 (dos) ruedas.
- Tanque con capacidad de 25 Lts.
- Motor 1 HP.
- 2 Manómetros.
- Regulador con trampa de agua.
- Caudal 150 Lts/min
- 8 bar.

IV- Mesa auxiliar dental de tipo rodante, con las siguientes características:

- Melamina de 18 mm.
- 4 (cuatro) ruedas.
- 5 (cinco) cajones.
- Correderas metálicas.
- Tapa superior de madera y con vidrio.
- Medidas: 400x360x840mm (aproximadas).

- Peso 18 kg (aproximadamente).

En todos los casos se exime al oferente de presentar muestras, por su gran tamaño y peso, pero si deberá presentar folletos e ilustraciones del producto con sus especificaciones técnicas y garantías correspondientes.

Es cuanto tengo que solicitar, lo saludo con mi mayor respeto y consideración.

Atento a lo solicitado por el Od. Martin Farías élévese a la Excelentísima Corte de Justicia para su resolución.